

Bayer CropScience

**CERTIFICAT DE ANALIZĂ**

Bayer CropScience AG
 Currenta SER-ANT
 41538 Dormagen

e-mail: CoA-YBHP@bayercropscience.com

03.02.2010

Cod produs: 05309424	Produs: PREVICUR ENERGY	
Lot: EK1Z000040	Termen de valabilitate (climat temperat) Februarie 2012	Lot inspectat 0912922206

Mostra a fost prelevată în conformitate cu standardele companiei și a fost reanalizată cu următoarele rezultate:

TESTE	REZULTATE	SPECIFICAȚII
Fosetil	313,8 g/l	294,5 – 325,5 g/l
Propamocarb	540,1 g/l	505,0 – 555,0 g/l
Densitate	1,137 g/cm ³	1,100 – 1,140 g/cm ³
Clorură de sodiu	40,1 g/L	<=50 g/L

CURRENTA GmbH&Co. OHG
 Semnat de Dr. Kleinhans